



DETERMINA N. 37 del 11/11/2022

OGGETTO: Urgente Manutenzione e riparazione per apparecchiatura /LCMS-IT-TOF con sostituzione PE SEAL.X42085 ASSY. LC-10ADVP del laboratorio NMR CERMANU

– **CIG:** _Z1F388C687

DETERMINA a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016

IL DIRETTORE

VISTA l'esigenza di provvedere con estrema urgenza alla manutenzione e riparazione per apparecchiatura /LCMS-IT-TOF con sostituzione PE SEAL.X42085 ASSY. LC-10ADVP del laboratorio NMR CERMANU che è indispensabile per poter proseguire le attività di ricerca del Centro;

CONSIDERATO che i beni o i servizi di cui trattasi **non** sono presenti in nessuna Convenzione Consip attiva;

CONSIDERATO che i beni e/o i servizi **non** sono presenti sul Mercato Elettronico della P.A.;

CONSIDERATO che è necessario procedere all'affidamento di cui trattasi tramite ordine diretto fuori MEPA;

CONSIDERATA l'estrema urgenza, l'unicità della società SHIMADZU ITALIA S.R.L. per la fornitura di tale assistenza ed intervento tecnico in sede e ritenuta congrua l'offerta 3200030608 presentata di euro 873 oltre IVA;

VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 "*Codice dei Contratti Pubblici, Lavori, Servizi e Forniture*"

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

di autorizzare l'affidamento alla società SHIMADZU ITALIA S.R.L. per la manutenzione e riparazione di apparecchiatura /LCMS-IT-TOF del laboratorio NMR CERMANU che è indispensabile per poter proseguire le attività di ricerca del Centro per un importo pari a € 873 oltre IVA;

- la spesa graverà sul fondo RESEARCH
- La presente Determinazione sarà pubblicata sulla sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web di questa Università alla voce "*Bandi di Gara*".

Il Direttore del Centro